

中国科学院合肥物质科学研究院
等离子体物理研究所
询价文件

项目编号： IPP-XJ20250560710

项目名称： 磁体测试（冷却结构）改造及组装

二〇二五年七月

询价邀请函

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所就磁体测试（冷却结构）改造及组装采购，采用询价采购的方式，欢迎符合资格条件的供应商参与本次询价。

一、项目基本情况

1.1、项目编号：IPP-XJ20250560710

1.2、项目名称：中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所磁体测试（冷却结构）改造及组装

1.3、采购需求：详见第二章。

1.4、采购预算：46 万元

二、投标人的资格要求：

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.3、本项目的特定资格要求：

2.3.1、资质要求：无；

2.3.2、业绩要求：提供近 2 年内低温冷却结构件（工况约 4.5K）的业绩证明，业绩证明需提供合同复印件和相应业绩用户的验收测试报告或其他同等证明材料；

2.4、本项目（不接受）联合体投标。

2.5、关联企业参与本项目的，按照合肥物质院关联管理相关规定执行。

三、获取询价文件

3.1、自行下载

四、报价文件截止时间、递交地点

4.1、截止时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 00 分（北京时间）

4.2、递交地点：密封快递（密封袋上请注明项目名称、编号、报价单位、联系人、电话、邮箱等信息）至合肥市蜀山区蜀山湖路 350 号等离子体物理研究所 4 号楼 317 办公室（密封袋上请务必按照要求注明所有信息，否则视为报价文件无效）

五、联系方式

名称：中国科学院合肥物质科学研究院（等离子体物理研究所）

地址：合肥市蜀山湖路 350 号

联系方式：李艳艳老师 0551-65593183

电子信箱：jcht@ipp.ac.cn

点击下载：[询价文件](#)、[报价文件格式](#)

第一章 报价须知

供应商必须认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。报价供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价文件未对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价供应商的风险，并可能导致其报价无效或被拒绝。

一、 报价的费用

不论报价的结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。

二、 询价文件的澄清和修改

(一) 询价截止日期前，供应商对询价文件有询问和质疑的，均应以邮件或书面形式向采购人提出。质疑文件应当署名并加盖公章。

(二) 采购人对询价文件进行必要的澄清或者修改的，应通知所有参与本次询价的供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮件或书面形式（加盖单位公章）予以确认。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。采购人将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商参与报价。

(三) 为使供应商有合理的时间理解询价文件的修改，采购人可酌情推迟报价截止日期。

三、 关于关联企业

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

- (一) 法定代表人为同一人的。
- (二) 彼此存在投资与被投资关系的。
- (三) 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

四、 关于分公司报价

分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

五、 报价有效期

报价日期截止后 60 天。

在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求报价供应商同意延长有效期，要求与答复均以邮件或书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝；同意延期的供应商其权利与义务也相应延至新的截止期。

六、 报价文件的制作

(一) 报价供应商须对询价文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

(二) 报价供应商不得将项目内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

(三) 请正确填写并仔细检查《报价函》、《报价一览表》、等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。报价文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托书证明书》必须有法定代表人的签名）。

(四) 报价文件由下列文件组成

序号	内容
1	《报价函》（见报价文件格式 1）
2	《授权委托书证明书》（见报价文件格式 2）
3	《报价一览表》（见报价文件格式 3）、分项报价（如有，自拟）。
4	《技术方案响应差异表》（见报价文件格式 4）
5	《商务响应表》（见报价文件第四章格式 5）
6	统一社会信用代码证书
7	询价邀请函中“投标人资格要求”中所要求的证明材料（如有）
8	询价文件“第二章采购人需求”要求提供的技术方案、验收方案、测试报告、证明材料等资料。（如需）
9	报价供应商认为有必要提交的其它资料

特别提醒：报价供应商必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及其监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

七、 报价文件的递交

(一) 报价货币

1、国产货物：请以人民币作为报价货币，报价包含：税费、运输到采购人指定地点等所有相关费用。

2、进口货物：请报外币 CIP 合肥免税价（对于原产地为美国的货物且在对美加征关税商品清单内的，供应商承担加征部分的关税费用）。

(二) 所有报价文件，报价供应商采用以下方式提交

纸质文件：正本一份和副本一份分别装订成册，封面标明“正本”或“副本”，

并盖章。正本和副本一起密封包装，于规定的报价截止日期前送达。

(三) 采购人将拒绝以下情况递交的报价文件：

1. 报价文件迟于截止时间递交的。

2. 报价文件不清晰而无法辨认的。

(四) 报价文件的任何涂改或修正，必须由报价供应商代表签字确认。

(五) 对因不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失的，采购人不承担责任。

八、 报价无效的情形

出现下列情况之一的，其报价文件将被视为无效报价文件：

(一) 报价不确定。

(二) 报价超出项目预算的。

(一) 报价文件与询价文件的要求有重大偏离的。

(三) 评审期间，报价供应商没有按询价小组的要求澄清、说明、补正或改变报价文件的实质性内容的。

(四) 报价供应商对采购人、询价小组及其工作人员施加影响，有碍询价公平、公正的。

(五) 报价文件未按照询价文件要求提供必要材料的（方案、测试报告、证明材料）。

(六) 按有关法律、法规、规章规定属于无效报价的。

九、 询价小组

询价小组成员由采购人组建。询价小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求推荐评审结果。

十、 询价程序及推荐供应商的方法

(一) 询价小组对报价供应商进行资格性审查，当符合供应商资格要求的供应商少于三家时，采购项目作废或重新采购，也可由采购人变更采购方式。

(二) 询价小组对通过资格性审查的供应商进行符合性审查。

(三) 询价小组对通过符合性审查的报价进行修正和调整，得出评标价。

报价修正遵从以下原则：

(1) 报价一览表内容与报价文件对应内容不一致的，以报价一览表内容为准；
正本与副本之间内容有差异的，以正本为准。

(2) 单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的合计价。

(3) 报价一览表各分项报价之和与总价不符的，以单价修正总价。

(4) 中文大写与小写数值标注价不一致的，以中文大写表示的报价为准。

(5) 对出现以上情况或因笔误而需要修正任何报价时，以询价小组审定通过方为有效。

(6) 成交价以修正价为准。

(四) 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（指修正、折扣、加价后的价格，即评标价）的供应商作为成交供应商（确实无法比较质量和服务是否相等的，以符合询价文件需求且评标价最低的为成交供应商；如最低评标价不只一家的，由询价小组抽签决定）。

十一、 结果公布

采购人根据询价小组评审结果以邮件或者电话方式通知成交供应商。

未中标供应商不另行通知。如有需要请按照第“十二”条中的联系方式进行咨询。

十二、 询问与质疑的提出

(一) 咨询联系方式：

电子邮箱：jcht@ipp.ac.cn 联系电话：0551-65593183

(二) 质疑联系方式：

电子邮箱：lijiahong@ipp.ac.cn 联系电话：0551-65593199

十三、 项目废标处理

出现下列情况将作废标处理：

(一) 没有有效报价供应商的。

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(三) 所有报价供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

十四、 签订合同

采购人与成交供应商应当在确定成交供应商之日起三十日内，按照询价文件确定的事项签订采购合同，合同条款不得与询价文件和报价文件内容有实质性偏离。

十五、 询价文件的解释权

本询价文件由采购人负责解释。

第二章 采购人需求

一、采购项目内容：

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
1	磁体测试（冷却结构）改造及 组装	1	项	

注：报价单位须进行现场勘探（踏勘地点，CRAFT 园区；联系人：张老师；联系电话：13305602512），确定本项目的改造及组装方案。如未现场踏勘，视同报价单位已经了解现场全部环境情况。

二、采购项目技术要求：

2.1 介绍：

CSMC 磁体首次降温共 59 天，降温 30 天左右，发现除 NbTi 磁体外其余所有磁体降温到位，上 NbTi 线圈直至经过 29 天才完成超导转变。故针对磁体降温进行相应改造工作。

在磁体的降温过程中，由于上预紧结构缺少主动冷却，上预紧结构降温缓慢，连带影响上 NbTi 线圈的降温进程，图 1 为磁体降温过程中磁体各关键位置的温度变化曲线，从图中可以看出，11 月 21 日，磁体温度基本就位之后，上预紧梁以及预紧杆上的温度计显示该处温度仍超过 100K。因此上预紧梁缺乏主动冷却是导致本次磁体降温过慢，线圈上存在热点的主要原因。




图 1 磁体降温过程中各关键位置温度曲线

如图 2 所示为磁体上部预紧结构图，从图中可以看出，预紧结构上部有众多冷却管路、内馈线、内馈线支撑以及温度压力压差传感器的信号线和取压管，同时磁体目前已处于预紧力加载状态，如若将预紧力卸载，拆除预紧结构进行主动冷却改造，费时费力，同时二次预紧力加载可能会对磁体造成不可预见的损伤。因此本次改造是建立在磁体预紧结构不拆除的基础上进行。

经过统计，上预紧梁的总重量约 15t，上压板的总重量约 6.4t，预紧梁的重量超过了上部预紧结构的 2/3，同时从图中可以看出，预紧梁的侧面有较大空间，而上压板的操作空间有限，同时上压板为分体式结构，不利于布置主动冷却管。因此主动冷却管的布置位置在预紧梁的侧面。




图 2 磁体上部预紧结构

2.2 技术要求

- 1) 主动冷却结构件具有良好的导热性能，且在真空低温（4.5K）下使用，材料无磁。
- 2) 主动冷却结构件与上预紧梁安装应考虑空间和连接方式。
- 3) 主动冷却结构件冷却路径：馈线冷却管道→主动冷却结构件→汇总管。
- 4) 提供连接管和焊材。焊接管材尺寸（ $\Phi 12\text{mm}$ ）选择适用于低温的 316L 无磁不锈钢，确保管材在低温下无韧性-脆性转变；填充焊材，需与母材匹配。
- 5) 管道焊接前，对焊接部分进行打磨，清洗，确保焊接区域清洁无污染。
- 6) 管道焊接时，控制热输入，（低电流/电压、快焊速），避免晶粒粗化；必要时采用多层多道焊减少热应力。此外，对重要焊缝采用双层气体保护（背面氩气）防止氧化。
- 7) 焊接完成后，进行表面清理后使用液氮进行冷冲击，释放焊接应力。

8)焊接完成后,100%进行氦质谱检漏,焊缝漏率小于 $1\times 10^{-9}\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{s}$,示踪氦气使用方式与甲方进行协商。

9)管路连接应考虑涡流影响,低温绝缘子布置不少于3个。

10)低温管道外表面包裹不低于30层的多层绝热材料。

三、采购项目商务要求:

(一)报价文件要求:报价文件须提供分项报价明细、初步的设计方案以及分析方案,未提供则视为报价文件无效。

(二)设备交付、安装及验收要求:

1、成交供应商在签订合同后**30**天内交付,并负责按有关要求免费进行安装、调试、培训;

2、成交供应商须提供全套技术资料、改造及安装方案、分析报告;

3、成交供应商安装调试完毕后,经采购单位以本采购文件及合同为依据验收合格后签收。

(三)售后服务要求:

1、供应商必须具有提供原厂售后服务的能力,维修人员应在24小时内到达现场;

2、质保期期限:质保1年(验收合格之日起计),保修期结束后,中标供应商还必须提供设备的维护和维修服务。

3、所提供的零部件、备品备件必须为原装原厂产品。

(四)付款方式:

(1)合同签订后5个工作日内完成详细的设计分析及方案,经采购人审核通过后支付合同总价的30%;

(2)货到指定地点并且验收合格后15日内,采购人支付合同总价的70%;

(五)未尽事项:

其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。